Qualit'AIR
www.qualit-air.fr

**FICHE TECHNIQUE** **MASQUE UNS1/2 - Adulte**

# Caractéristiques

## MASQUE BARRIÈRE À PLIS ADULTE

- Masque 2 couches en tissu 100% microfibre
- Couche extérieure effet Satin
- Couche intérieure « peau de pêche »

## 2 Modèles :

- Élastique derrière les oreilles
- Élastique derrière la tête

**Catégorie :** 1 et 2 avec filtration à 91%

## Dimension :

- Poids : 8gr
- Longueur élastique derrière les oreilles : 20cm
- Longueur élastique derrière la tête : 35cm

## Certifications :

- Testé par le laboratoire ICARE Rapport 05436Y-19A/23A
- Conforme AFNOR NFS76-001
- Rapport DGA « RP 20-2162 »

## Nombre de lavages :

- 50 lavages à 60°C avec garantie de filtration

## Couleurs disponibles :

- Blanc
- Bleu
- Rouge
- Noir
- Possibilité de personnalisation

FILTRATION GARANTIE · TESTÉ 50 LAVAGES ·

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

V1-24-07-20 ER

Notre société est certifiée :
ISO 9001 - ISO 13485 -NF S99-170

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 13485 Santé Médical AFNOR CERTIFICATION
afaq NF S99-170 Maintenance des dispositifs médicaux AFNOR CERTIFICATION

**Document strictement confidentiel et émanant de la société D-SÉCURITE GROUPE**
SAS au capital de 16 766 euros - SIRET 500 342 167 000 60 RCS LYON - NAF : 4774Z

**D-SÉCURITÉ GROUPE | 04 78 200 278 |** contact@d-securite.com **| www.d-securite.com |** 3 Rue Armand Peugeot 69740 Genas

**Défibrillateur France** & **Qualit'AIR** sont 2 marques de **D-SÉCURITÉ GROUPE**. Retrouvez toutes les infos sur **www.defibrillateur-france com** et **www.qualit-air.fr**

Qualit'AIR
www.qualit-air.fr

**FICHE TECHNIQUE** **MASQUE UNS1/2 - Enfant**

# Caractéristiques

### MASQUE BARRIÈRE À PLIS JUNIOR

- Masque 2 couches en tissu 100% microfibre
- Couche extérieure effet Satin
- Couche intérieure « peau de pêche »

### 1 Modèle :

- Élastique derrière les oreilles

**Catégorie :** 1 et 2 avec filtration à 91%

### Dimension :

- Poids : 6gr
- Masque cousu : 17 x 8cm
- Longueur élastique : 13cm

### Certifications :

- Testé par le laboratoire ICARE Rapport 05436Y-19A/23A
- Conforme AFNOR NFS76-001
- Rapport DGA « RP 20-2162 »

### Nombre de lavages :

- 50 lavages à 60°C avec garantie de filtration

### Couleurs disponibles : Blanc ou avec motifs

- Dinosaure
- Cœur et Chat
- Camouflage
- Fusées
- Glaces
- Licornes

FILTRATION GARANTIE · TESTÉ 50 LAVAGES ·

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

V1-24-07-20 ER

Notre société est certifiée :
ISO 9001 - ISO 13485 -NF S99-170

**Document strictement confidentiel et émanant de la société D-SÉCURITE GROUPE**
SAS au capital de 16 766 euros - SIRET 500 342 167 000 60 RCS LYON - NAF : 4774Z

**D-SÉCURITÉ GROUPE | 04 78 200 278 |** contact@d-securite.com **| www.d-securite.com |** 3 Rue Armand Peugeot 69740 Genas

**Défibrillateur France** & **Qualit'AIR** sont 2 marques de **D-SÉCURITÉ GROUPE**. Retrouvez toutes les infos sur **www.defibrillateur-france com** et **www.qualit-air.fr**